



Àrea de Territori i Sostenibilitat
Salut Pública

**PLEC TÈCNIC PEL SERVEI DE MANTENIMENT D'APARELLS
DEFIBRIL·LADORS DELS EQUIPAMENTS DE PREMIÀ DE MAR**

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment dels diferents aparells desfibril·ladors instal·lats en les dependències o unitats mòbils del municipi, així com la reposició dels diferents fungibles necessaris pel correcte funcionament dels aparells.

El cost dels elements fungibles (bateries i elèctrodes d'adults i pediàtrics) que s'hagin de reposar abans de la data de venciment o després del seu ús, no estan inclosos en el contracte de manteniment.

Aquells elements que s'hagin de reposar en motiu d'una alerta sanitària, perquè s'ha detectat una anomalia en la seva fabricació, no tindrà cap cost per l'ajuntament.

2. DURADA DEL CONTRACTE

El contracte tindrà una durada de tres anys des de la seva formalització, amb la possibilitat d'executar una pròrroga.

3. NORMATIVA

- Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i l'ús de desfibril·lador externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores en aquest ús.
- Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris.
- Reial Decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari.

4. DEFIBRIL·LADORS INSTAL·LATS

Actualment tenim disponibles 12 desfibril·ladors, dels quals 3 unitats es troben en unitats mòbils de la policia local, 3 en instal·lacions esportives i 6 en altres dependències municipals. Els diferents aparells instal·lats, es troben a l'interior dels edificis.

En l'annex 1 es recull una taula amb el model dels desfibril·ladors i la seva ubicació.

5. PRESTACIONS DEL SERVEI DE MANTENIMENT

L'adjudicatari realitzarà el servei de manteniment de tots els elements objecte de contracte durant la seva vigència.

El servei de manteniment inclourà l'assistència tècnica tant en el manteniment preventiu com en la reparació d'avaries.

El servei de manteniment ha d'incloure:

Signatura 1 de 1
Anna Franquesa Fabregas
16/01/2020
Tècnica de Salut Pública



Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació e3ed058e177645a4841e2c056138b41e001

Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Àrea de Territori i Sostenibilitat Salut Pública

1. Revisió anual de manteniment de tots els aparells i del bon estat de tots els seus components.
2. Test de dades i comprovació de dades de sortida
3. Revisió de caducitat dels consumibles (bateries, elèctrodes)
4. Revisió de les senyals lumíniques i acústiques
5. Test de resposta davant les incidències de 24h
6. Revisió anual del sistema de subjecció dels aparells (cabines, plafons..)
7. Resolució d'incidències, substitució immediata dels elements necessaris, restitució del ple funcionament del desfibril·lador i de tots els seus components.
8. Resolució de les incidències degudes a l'ús i vida pròpia de l'aparell, substitució immediata dels elements necessaris, restitució del ple funcionament de l'aparell.
9. Canvi de bateries i elèctrodes abans de la seva caducitat (els fungibles no estan inclosos)
10. Revisió del Kit de rescat i reposició del material necessari inclòs
11. Estat de la memòria dels esdeveniments del desfibril·lador
12. Assegurança de Responsabilitat Civil fins a 2.000.000 €
13. Gestió de la garantia de l'equip
14. Actualització i modificació del software del desfibril·lador que sigui necessària per al compliment de les normatives vigents en cada moment.
15. Certificat de revisió que descriurà les comprovacions realitzades i que certifiqui el correcte estat dels diferents elements.
16. Es obligació de l'adjudicatari, l'eliminació de tot el material usat, de les restes electròniques i altres residus generats durant la presentació del servei sense cost per l'ajuntament.
17. Durant el procés de revisió, l'empresa disposarà, si s'escau, d'un aparell de substitució que tindrà com a mínim les mateixes prestacions que l'aparell que es revisa.
18. Durant el període en que duri el contracte, l'adjudicatari reposarà tota aquella senyalització que pugui quedar malmesa.
19. Servei d'assistència 24 hores els 365 dies a l'any per qualsevol urgència
20. Informe després de cada ús
21. Inclou desplaçament per qualsevol urgència

6. CARACTERÍSTIQUES FUNGIBLES

6.1 DESFIBRIL·LADOR SCHILLER FRED EASY

Elèctrodes Adults i Pediàtrics

Característiques:

- Elèctrode multifunció autoadhesius d'un sol ús, pregelificat, no estèril
- Vida útil des de la seva fabricació : 36 mesos sense obrir
- Condicions d'emmagatzematge (mín./màx.): 0°C /+50°C
- Màxim 10 dies: -40°C/ +75°C
- Adhesió adequada i màxima comoditat del pacient
- Fins a 50 xocs en adults i 25 xocs en menors fins 25kg/8 anys

Classificació i normes:

Plec tècnic servei de manteniment de desfibril·ladors municipals

2

Signatura 1 de 1
Anna Franquesa Fabregas
16/01/2020 | Tècnica de Salut Pública

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació e3ed058e177645a4841e2c056138b41e001

Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Àrea de Territori i Sostenibilitat Salut Pública

- Classificació (article 9 del DMD): Classe II b.
- Compleix amb el MDD 93/42/EEC

Bateria

- 180 Descàrregues
- Duració bateria 6 anys

6.2 DESFIBRIL·LADOR SAMARITAN PAD 350P

Pad-Pak Samaritan bateria amb elèctrodes

Característiques:

- La bateria va juntament amb els elèctrodes d'adults o pediàtrics
- Els adults s'utilitzen en pacients <25 kg i els pediàtrics en >25kg
- Duració bateria 3 anys

7. SUBSTITUCIÓ D'EQUIPS

En cas que els aparells o part dels seus elements, s'hagin d'enviar a l'exterior de la seva ubicació per una averia o verificació, l'adjudicatari serà l'encarregat de realitzar la seva substitució amb un aparell de les mateixes característiques mentre l'aparell original no estigui disponible.

L'adjudicatari assumeix els costos derivats de la tramitació de garanties, enviament, recepció i substitució dels equips. Aquesta substitució s'haurà de dur a terme en el termini màxim de 24 hores després de la notificació de la incidència.

8. PROGRAMA INFORMATIC

Aportació d'un programa informàtic per la gestió online dels equips i fungibles objecte del contracte. Per cada aparell desfibril·lador instal·lat s'ha de fer constar la següent informació:

- Nom del fabricant i model
- Dependència i adreça on es troba instal·lat
- Document conforme l'aparell està inscrit en el Registre de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari de la Generalitat de Catalunya.
- Informació sobre la caducitat dels elements fungibles (elèctrodes i bateria)
- Gestió de la formació del personal municipal.

Aquest programa haurà de posar-se a disposició de l'ajuntament en un termini màxim de 3 mesos des de la signatura del contracte.

9. FORMACIÓ

L'adjudicatari haurà de realitzar una formació anual sense cost afegit per un màxim de 8 persones. Durant la vigència del contracte, la formació podrà ser la inicial (formació base) de 6 hores de durada o de reciclatge (formació continuada).

Plec tècnic servei de manteniment de desfibril·ladors municipals





Àrea de Territori i Sostenibilitat Salut Pública

L'adjudicatari haurà d'estar acreditat com a entitat formadora autoritzada, segons Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores en aquest ús.

Els continguts i la durada de la formació seran els que s'acorden amb el programa oficial establert al Decret 151/2012, de 20 de novembre.

Es lliurarà a les persones que superin la formació, el corresponent certificat en el qual hi ha de constar l'entitat autoritzada pel departament competent en matèria de salut, i la persona instructora responsable.

Annex 1: Desfibril·ladors instal·lats en instal·lacions municipals

UBICACIÓ	ADREÇA	FABRICANT I MODEL	SUPORTS
POLICIA LOCAL UNITAT MÒBIL	VEHICLE	SCHILLER FRED EASY	BOSSA TRANSPORT + KIT
POLICIA LOCAL UNITAT MÒBIL	VEHICLE	SCHILLER FRED EASY	BOSSA TRANSPORT + KIT
POLICIA LOCAL UNITAT MÒBIL	VEHICLE	SCHILLER FRED EASY	BOSSA TRANSPORT + KIT
POLICIA LOCAL (OFICINA)	C/RAMON LLULL, 41	SCHILLER FRED EASY	BOSSA TRANSPORT + KIT
PAVELLÓ D'ESPORTS MUNICIPAL	C/CAMÍ DEL MIG, 62	SAMARITAN PAD 350P	CABINA + KIT
CAMP DE FUTBOL	C/NÚRIA, S/N	SAMARITAN PAD 350P	BOSSA TRANSPORT + KIT
PAVELLÓ VORAMAR	C/RIERA, 64	SAMARITAN PAD 350P	CABINA + KIT
AJUNTAMENT	PLAÇA DE L'AJUNTAMENT, 1	SCHILLER FRED EASY	CABINA + KIT+COLUMNNA RESCAT
AJUNTAMENT	C/NORD	SCHILLER FRED EASY	CABINA + KIT+COLUMNNA RESCAT
BIBLIOTECA	Ctra. VILASSAR DE MAR, 100	SCHILLER FRED EASY	CABINA +KIT+COLUMNNA RESCAT
CENTRE CÍVIC	C/ESPERANÇA, 19	SCHILLER FRED EASY	CABINA +KIT+COLUMNNA RESCAT
TEATRE L'AMISTAT	C/SANT ANTONI, 60	SCHILLER FRED EASY	CABINA +KIT+COLUMNNA RESCAT

Document signat electrònicament per

Plec tècnic servei de manteniment de desfibril·ladors municipals

4

Signatura 1 de 1
Anna Franquesa Fabregas
16/01/2020
Tècnica de Salut Pública

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació e3ed058e177645a4841e2c056138b41e001

Url de validació <https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

